

DPS.263.7.2021

Ruda Pilczycka, dnia 04.05.2021 r.

Otrzymują uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
„Zakup wraz z dostawą urządzeń do Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej
(zam. podzielone na 4 części):

Część 1- Inhalatory ultradźwiękowe

Część 2 - Lampy bakteriobójcze

Część 3 - Oczyszczacze powietrza

Część 4 - Ozonatory

na potrzeby projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” nr : WND-POWR.02.08.00-00-0099/20,
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II
Osi priorytetowej : Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO
WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

(znak postępowania DPS.263.7.2021)

Informuję, że od Wykonawcy wpłynęło pytanie, na które udziela się odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie bez kółek ale o niskiej wadze 8 kg oraz
wyposażone w uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie? Taka konstrukcja zapewnia
większą stabilność w czasie pracy.

Odpowiedź:


Zamawiający nie wyraża zgody na urządzenie bez kółek.

Pytanie 2:

Czy Dla zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu lampy w
czasie jej pracy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało atest PZH?

Odpowiedź:

Lampa bakteriobójcza musi odpowiadać wymaganiom zawartym w przedmiocie zamówienia.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej „Etola”
w Rudzie Pilczyckiej

mgr Iwona Wilgopolan